

台北病理中心

文件及紀錄管制作業程序	QP-0801	機密等級：密
-------------	---------	--------

對外通告

編號：CP-2024-03

日期：2024 年 01 月 30 日

通告主旨：1. 自 2024 年 02 月 01 日(四)起，檢驗項目 EBV Viral Load(EBV-DNA 定量分析)因應委外單位更換試劑廠牌及分析儀器，修訂採檢手冊內容。

2. 自 2024 年 02 月 15 日(四)起，檢驗項目 HLA-DR(人類白血球組織抗原分型第二型)更換代檢單位，修訂採檢手冊內容。

造成不便，敬請見諒。

說明：

	新方法	舊方法
檢驗項目	EBV Viral Load	
健保碼	12184C	
分析機台	ROCHE COBAS 5800	ROCHE COBAS Z480
實驗原理	Real-time PCR	
檢體種類	血漿(EDTA Plasma)	血清/血漿(Plasma)
檢體量	1mL	1mL
檢體保存	離心後血漿2-8℃保存6天或-18℃冷凍可保存6個月	保存於2-8℃不超過7日或長期保存-20℃保存
報告時效	7個工作日	7個工作日
參考區間	Target Not Detected	<200
項目單位	IU/mL	copies/mL
	新方法	舊方法
檢驗項目	HLA-DR (Human Leukocyte Antigen type Class II)	
健保碼	12088B	
實驗原理	PCR-SSO (Polymerase chain reaction sequence-specific oligonucleotide)	PCR
檢體種類	全血；EDTA紫頭管	
檢體量	大紫頭管10 mL 一管或者小紫頭管3 mL 四管	3mL
檢體保存	保存於2-8℃不超過2日	保存於2-8℃不超過2日
報告時效	14個工作日	14個工作日
參考區間	(-)	(-)
二委代檢單位	亞杏分子醫學檢驗所	康奈爾股份有限公司

發佈單位：台北病理中心 生化免疫組

核發章：



QR-0801-01

QP-0801(1v0)